

รายละเอียดคุณลักษณะผู้ฉายรังสียูวี จำนวน 1 ตู้

1. เป็นเครื่องส่องแสงยูวีใช้ในงาน TLC ทำจากไม้อัด
2. มีหลอดยูวีความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร (8 วัตต์) และ 254 นาโนเมตร (6 วัตต์)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท	ทวลบุตรดา	ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิทย์	สูงภข	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญติศย์	วงศ์ศักดิ์	กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์	แจ่มสว่าง	กรรมการ
5. นางสาวนภัสสร	ฉันทอำรังศิริ	กรรมการ
6. นางสาวสมาวดี	เปลี่ยนวนงษ์	กรรมการ
7. นางสาวชฎาพร	พรมปัญญา	กรรมการ
8. นางสาวนิพัทธา	อิสโร	กรรมการ
9. นายฤทธิณรงค์	มีพงษ์	กรรมการ
10. นายสมเกียรติ	ทองอ่วมใหญ่	กรรมการ
11. นางสาวอลิษา	กุลจันทะ	กรรมการและเลขานุการ

