











รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 2 ตัว

1. เป็นอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายแบบช่องเดียว ชนิดปรับปริมาตรได้ น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก
2. แสดงค่าปริมาตรเป็นตัวเลขขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
3. สามารถอบฆ่าเชื้อได้ทั้งเครื่อง Fully Autoclavable
4. สามารถล็อกค่าปริมาตรที่ต้องการได้ เพื่อป้องกันการคาดเคลื่อนของปริมาตรที่ตั้งไว้
5. มีระบบลูกยาง 2 ชั้น (double O-rings)
6. สามารถถอดชิ้นส่วน และประกอบได้ง่าย เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา
7. มีปุ่มกดสำหรับปลดทึบ สะดวกในการใช้งาน
8. สามารถใช้กับทึบปีเปิดทั่วไปได้ (universal tips)
9. ประกอบด้วย
  - 9.1 อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 0.5-10 ไมโครลิตร มีค่าความถูกต้องคลาดเคลื่อน 2.5% ที่ปริมาตรสูงสุด 1 ไมโครลิตร จำนวน 2 ตัว
  - 9.2 อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 10-100 ไมโครลิตร มีค่าความถูกต้องคลาดเคลื่อน 2.5% ที่ปริมาตรสูงสุด 0.70 ไมโครลิตร จำนวน 2 ตัว
  - 9.3 อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 100-1000 ไมโครลิตร มีค่าความถูกต้องคลาดเคลื่อน 2.0% ที่ปริมาตรสูงสุด 0.80 ไมโครลิตร จำนวน 2 ตัว
10. เป็นสินค้าจากยุโรปหรือญี่ปุ่นหรืออเมริกา
11. สินค้าได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001
12. รับประกันสินค้า 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
13. มีเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้นำเข้าโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท	หวลบุตตา	ประธานกรรมการ	
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรพิทย์	สูงงกช	กรรมการ	
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญดิศย์	วงศ์ศักดิ์	กรรมการ	
4. นายวัชรพงษ์	แจ่มสว่าง	กรรมการ	
5. นางสาวนภัสสร	ฉันทธารังศิริ	กรรมการ	
6. นางสาวสมาวดี	เปลี่ยนวนงษ์	กรรมการ	
7. นางสาวชฎาพร	พรมปัญญา	กรรมการ	
8. นางสาวนิพัทธธา	อิสโร	กรรมการ	
9. นายฤทธิณรงค์	มีพงษ์	กรรมการ	
10. นายสมเกียรติ	ทองอ่วมใหญ่	กรรมการ	
11. นางสาวอลิษา	กุลจันทะ	กรรมการและเลขานุการ	